



جمهورية العراق

وزارة الصحة

دائرة الامور الفنية

العدد: د.أ.ف.٥/٢٠/٢٠١٠/٤٩٠

التاريخ: ١٥/٨/٢٠١٠م

الى / مكتب وكيل الوزارة لشؤون الاعمار والماتحين / شعبة منح الاجازات  
م / مواصفات

تحية طيبة ...

مذكرتكم المرقمة م.و.٥٠٠/ع.١/٢٠١٠ في ٣/٥/٢٠١٠م حول المواصفات لبعض الوحدات . . بصدد الموضوع نود ان نبين الاتي :-  
١. فيما يخص المواصفات الفنية لوحدة الجراحة المنظارية ربطاً اجابة اللجنة المركزية المشرفة على الجراحة المنظارية  
الجهة المعنية بالموضوع ( مرفق ١ )  
٢. فيما يخص وحدة تفتيت الحصى تم عرض الموضوع على اللجنة الاستشارية للجراحة البولية وكان رايها :-  
أ- الكادر العامل :-

- طبيب اختصاص حاصل على شهادة اختصاص في مجال الجراحة البولية .
- فنيين مختصين ومدربين لاستعمال اجهزة الاشعة .
- كادر فني لا يقل عن اثنين لديهم مؤهل تدريبي على جهاز تفتيت الحصى .
- كادر اداري لاستخدام واستعمال الحاسوب مع موظف مختص للتوثيق .

ب- ضوابط والشروط المطلوبة :-

- تخصيص صالة رئيسية لجهاز التفتيت لا تقل ماحتها عن (٣٠)م<sup>٢</sup> مغلقة بالرصاص لنصب جهاز حديث للتفتيت ومن رصين .
- غرفة مراقبة ومتابعة معزولة عن الصالة الرئيسية معزولة بشباك عازل للاشعاع .
- غرفة الانتظار المرضى .
- صالة صغيرة لرقود المرضى وبواقع لا يقل عن سريرين ومجهزة بالمستلزمات الطبية اللازمة .
- تامين اجهزة تبريد كفاءة خاص بالجهاز على ان يكون نظام التبريد معزول عن المحيط الخارجي .
- غرفتان العمل الاداريين والتوثيق .
- تامين وجود مرافق صحية .

٣. فيما يخص وحدة تشغيل جهاز الفاكو تم عرض الموضوع على اللجنة الاستشارية لطب وجراحة العيون ورايها مرفق ر  
(مرفق ٢)

للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم . . . مع الاحترام

إيمان عاصم محمد امين

مدير دائرة الامور الفنية العام

٢٠١٠/٨/١٤ م