

## المواصفات الفنية لمراكز العيون التخصصية

- ١- مساحة الارض المراد انشاء المركز عليها لا تقل عن (٢م٥٠٠) اما مساحة البناء الكلية فيجب ان لا تقل عن (٢م١٠٠٠) أي بواقع ٣ طوابق او اكثر، مساحة البناء في كل طابق لا تقل عن (٢م٥٠٠) .
- ٢- يتكون الطابق الاول من الاقسام والوحدات الاتية:-
  - أ- قسم الاستعلامات واستراحة المريض.
  - ب- قسم العيادات الاستشارية لا تقل عن عيادتين.
  - ج- فحص البصر بواقع غرفة لكل عيادة طبيب استشارية.
  - د- قسم فحص الشبكية وتضم جميع الاجهزة الخاصة بفحص الشبكية.
  - هـ- عيادة داء الزرقاء.
  - و- قسم فحص العين بالسونار (Ophthalmic ULS) مع فحوصات تصحيح البصر بالليزر.
  - ز- وحدة تصوير قاع العين وتلوين شرلين الشبكية (Angiography) .
  - ح- صالة العمليات الصغرى وهي صالة مساحتها ٢م٢٥ تكون معقمة مزودة بأجهزة سبلت وتحوي الاجهزة الاتية:-

- simple operating microscope
- operating table
- operating chair
- cassette autoclave
- surgical sets
- direct ophthalmoscope

### ٣- يحوي الطابق الثاني الاقسام الاتية:-

- ١- قسم العمليات الجراحية الخاصة:-

تضم صالة عمليات مزودة بجميع الاجهزة الحديثة لعمليات جراحة العيون وتخضع لجميع المواصفات (المعمارية، الصحية، الميكانيكية، الكهربائية) الخاصة بصالات العمليات وتضم وحدة التعقيم.

### ٢- قسم الاخطاء الانكسارية بالليزر (الليزك):-

- وهو عبارة عن صالة مساحتها (٢م٢٥) تتمتع بجميع المواصفات الحديثة بصالات العمليات عدا المساحة (٢م٢٥) .

وتحتوي على جهاز تصحيح الاخطاء الانكسارية بالليزر واحد على الاقل على ان يكون من  
مناشئ عالمية وتحت اشراف كادر متخصص بهذا المجال ويضم الاجهزة الاتية:-

- Excimer laser machine
- operating table
- operating surgeon chair
- cassette autoclave
- microkeratome

٣- ردهات المرضى لا تقل عن (٦) اسرة (٣) رجال و (٣) نساء على ان  
تكون داخل غرفة معزولة واحدة عن الاخرى ومزودة بجميع وسائل الراحة.

#### الكادر العامل في هذه المراكز:-

١. ان يكون صاحب الاجازة طبيب اختصاص جراحة وطب العيون.
- يحوي المركز على اطباء اختصاص عدد (٢) بضمنهم مدير المركز او صاحب  
اجازة المركز على الاقل بالاضافة الى الكادر الواسطي المتخصص والمتضمن :-
٢. فاحص بصر عدد (٢) .
٣. طبيب اختصاص طب وجراحة العيون عدد (٢) بضمنهم صاحب الاجازة.
٤. طبيب اختصاص تخدير عدد (١).
٥. مساعد تخدير عدد (٢).
٦. كادر اداري عدد (٤).
٧. كادر صيانة عدد (٢) بضمنهم مهندس.
٨. كادر خدمي عدد (١٠).
٩. كادر حماية وحراسة.

#### الاجهزة الواجب توافرها حسب الاقسام:-

##### ١- قسم العيادات الاستشارية:-

- Slit lamp biomicroscope with applanation tonometer.
- Direct ophthalmoscope.
- Indirect ophthalmoscope with + 20 diopters lens.
- Fundus examination lenses (Goldmann 3 mirror lens, +90 diopter lens)

##### ٢- وحدة فحص البصر :- وتضم

- Snellen chart with duochrome test .
- Trial lenses set + Trial frame (Adult, Children).
- streak Retinoscope.
- Autorefractokeratometer.

- Autolensmeter.
- Cattford drum.
- preferential looking Test cards.
- Ishihara colour plates.
- Titums Test Plates for stereopsis.
- Trial lenses Bar.

### ٣- وحدة التصوير الطبي:-

- Fundus Camera with Fluoresce in Angiography.
- Anterior Segment Camera
- Cardiac and Respiratory resuscitation instruments.

### ٤- وحدة القرنية وتصحيح البصر بالليزر:-

- 1- slitlamp – biomicroscope.
- 2- Specular microscope.
- 3- Corneal topography.
- 4- pachymetry.
- 5- Autorefrachokeratometer.
- 6- Snellen chart.
- 7- Trial lenses set.
- 8- Streak retinscope.

### ٥- عيادة داء الزرقاء:-

- Slit-lamp biomicroscope with applannation tonometer.
- Air puff Tonometer.
- Automated perimeter.

### ٦- وحدة فحص وعلاج الشبكية بالليزر:-

- Slit-lamp biomicroscope with applannation tonometer.
- Indirect ophthalmoscope with +20 diopters lens.
- Green laser machine for retinal photocoagulation with slit-lamp biomicoscope delivery system and laser contact lenses.
- Nd-YAG laser machine.
- ocular coheranc tomography.

### ٧- غرفة افاقه المرضى:-

غرفة افاقه داخل صالات العمليات الكبرى تحتوي على الاجهزة التالية:-

- Anesthesia trolley (ventilator+ monitor + sucker).
- Cardic Resuscitation machine.

### ٨- صالات العمليات الكبرى:-

- Operating Microscope (with video camera and monitor).
- operating Table.
- Operating (Surgeon) chair.



- Anesthesia trolley ( ventilator + monitor + sucker).
- phacoemulsification machine with anterior vitrectomy function.
- phacoemulsification machine .
- Cassete autoclave and hot air sterilizer.
- Cryopexy device.
- Indirect ophthalmoscope with + 20 diopters lens.
- Ceiling or portable light projectors (better rechargeable).
- Surgical instruments sets:-
- 1- ECCE and phaco set    2- Ocular emergency set    3- Euncleation set
- 4-DCR set                      5- Trabeculectomy set    6- Strabismus set
- 7- Retinal detaghtment & Vitrectomy set

#### ٩- عيادة الفحص بالامواج فوق الصوتية (السونار) وقياس قوة العدسة:-

- 1- Ophthalmic Ultrasound (A/B scan machine).
- 2- Keratometer.

#### ١٠- الاقسام الاتية اختيارية حسب رغبة صاحب الاجازة:-

- أ- قسم الاشعة (اختياري).
  - ب- قسم المختبر (اختياري)
  - ج- استشارية القلب والصدر (مع توفر طبيب استشاري امراض صدرية وقلبية).
  - د- صيدلية.
- ٩- تخضع المراكز التخصصية لضوابط التجديد المعمول بها بالنسبة للمستشفيات الاهلية وتقيم هذه المراكز دوريا" من قبل لجان متخصصة في وزارة الصحة على ان تتضمن طبيب اختصاص في طب وجراحة العيون.
- ١٠- تكون ادارة هذه المراكز ملزمة باجراء التحديث والتطوير المقر من قبل وزارة الصحة العراقية.
- ١١- تخضع هذه المراكز لنفس ضوابط فتح وانشاء المستشفيات الاهلية من حيث دراسة الطلبات والكشوفات الاولية والنهائية.
- ١٢- يكون مكتب المفتش العام/ق.م.ص.غ.ح مسؤول عن المراكز من الناحية الرقابية ويخضع كل مركز الى الرقابة المباشرة من قبل دائرة الصحة الواقعة ضمن رقعتها الجغرافية.