

مواصفات مركز تنظير الجهاز الهضمي (قطاع خاص)
(Private Center for gastrointestinal endoscopy)

- ❖ الفحوص المقدمة من قبل المركز للمرضى (Endoscopic procedures)
يقدم المركز الفحوصات التالية للمرضى :-
- ١- تنظير المعدة والاثني عشري التشخيصي والعلاجي
Diagnostic and therapeutic endoscopy (OGD)
 - ٢- تنظير القولون التشخيصي والعلاجي
(Diagnostic and therapeutic colonoscopy)
 - ٣- تنظير القنوات الصفراوية : (ERCP) وتضم :-
 - تلون القنوات الصفراوية (Cholangiography)
 - قص وتوسيع الحلمة العاصرة واستخراج حصى القنوات الصفراوية
(Endoscopic Sphincterotomy and stone extraction)
 - وضع العبارات البلاستيكية والمعدنية
Plastic and Metalic Stenting
 - ٤- الفحص بالناظور السوناري التشخيصي والعلاجي
(Diagnostic and therapeutic endoscopic ultrasonography)
 - ٥- اخذ عينات من الكبد واورام البطن عن طريق السونار
Liver biopsy and Fine needle aspirations
 - ٦- اجراء جميع فحوص التنظير المذكورة تحت التخدير
(Diazepam , Midazolam , pethidin , propofol , general anesthesia)

مواصفات بناية وهيكل المركز :-

- ١- ان تكون مساحة المركز لا تقل عن ١٢٠ م^٢ لغرض وجود مساحة كافية لاجراء الفحوص بسلاسة ومرونة
 - ٢- ان يحتوي المركز على الوحدات التالية :-
 - صالة استقبال المرضى والانتظار (Reception and waiting room)
 - غرفة الفحص والمعاينة قبل اجراء فحوصات التنظير (Consulting room)
 - غرفة النقاهة (premedication and recovery rooms)
- ويشترط ان تكون ذات مساحة كافية لا تقل عن (٢٤ م^٢) وان تحتوي على عدد من الاسرة لا يقل عن ثلاثة .
- غرفة تنظير المعدة والقولون (OGD and colonoscopy)
 - ويشترط فيها :-
 - ان لا يقل مساحتها عن ١٦ م^٢
 - يحتوي على سرير طبي فحص وهكذا فحص
 - ان تكون مجهزة بكل مستلزمات التنظير

- غرفة تنظيف القنوات الصفراوية والسونار الناظوري (ERCP and EUS) ويشترط فيها :-

- ان لا تقل مساحتها عن ٢٢٠م
- تحتوي على سرير طبي فحص وهكذا فحص •
- تحتوي على جميع مستلزمات التنظيف المطلوبة •
- تحتوي على جهاز أشعة (Flourosopy) لغرض تلوين القنوات الصفراوية •
- ان تكون الجدران للغرفة محصنة بالرصاص للوقاية من الاشعة •
- تحتوي على جهاز مراقبة الفعاليات الحيوية للمريض اثناء الفحص (Monitor)

- غرفة غسل وتعقيم النواظير (Reprocessing room) ويشترط فيها :-

- ان تكون قريبة أو ملاحقة لغرفة الفحص (التنظيف) •
- ان تكون ذات تهوية جيدة لغرض طرد روائح مواد التعقيم •
- تحتوي على الغسالات الخاصة لتعقيم وغسل النواظير •
- وحدة حمامات ومغاسل للمرضى والمنتسبين •
- ان يكون المركز قريب من مستشفى عام (اهلي أو حكومي) بمسافة لا تقل عن ٥ كم وذلك لنقل المرضى الى المستشفى بالسرعة الممكنة عند الحاجة الى ذلك •

❖ الكادر الطبي :

١- الاطباء :-

- يشترط بالطبيب الذي يقوم بأجراء فحوص التنظيف في هكذا مركز ان يكون حاصل على شهادة الاختصاص الدقيق في امراض الجهاز الهضمي والكبد حصرا" وان تكون لديه الخبرة الكافية في هذا المجال •

٢- الكادر الوسطي :

- يشترط ان يكون متدرب تدريب جيدا" في مجال التنظيف ولديه الخبرة في ذلك •

جمهورية العراق

وزارة الصحة

دائرة الأمور الفنية

قسم اللجان الاستشارية

العدد: د.أ.ف/ ٢/٢/٥ / ١٧

التاريخ: ٤ / ١ / ٢٠١٢ م



الى/ مكتب الوكيل الاقدم - شعبة منح الاجازات للمؤسسات الاهلية

م/ ضوابط

تحية طيبة . . .

- تتسب اعتماد الضوابط التالية عند فتح عيادة خاصة (أهلية) لأجراء ناظور المعدة والقولون / القطاع الخاص
- ١- تكون صالة التنظير ضمن المواصفات العالمية المقره من حيث المساحة والمستلزمات .
- ٢- يكون الطبيب الفاحص حاصل على تفويض بالعمل في الجراحة الناظورية (Certificate) .
- نرافق ربطاً مواصفات مركز تنظير الجهاز الهضمي للقطاع الخاص لاعتماده عند فتح المراكز أنفه الذكر .

للتفضل بالاطلاع ليتسنى لنا اتخاذ اللازم . . . مع الاحترام

د. ايمان عاصم محمد امين

مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية

مدير عام دائرة الامور الفنية / وكالة

٢ / ١ / ٢٠١٢

عدنان شونب عاني

معاون المدير العام / الفنية

نسخه منه الى/

مكتب المفتش العام / قسم المؤسسات الغير حكومية - للتفضل بالاطلاع . . . مع الاحترام

البريد الالكتروني E-Mail: M_O_H_fanya@yahoo. Com: هاتف : 4161775 نادبة